

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Ейский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru

Место проведения испытаний:
Краснодарский край
г. Ейск, ул.К.Либкнехта,285
E-mail: fguz-eisk@mail.ru
телефон, факс 8(861-32)-2-78-96

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 511456 от 06.08.2015 г

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ



Зайкина Л.Н.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 335 от 5 августа 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновской МО Щербиновский район (ИНН 2358005441 ОГРН 1022305031638)

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, ст-ца Старощербиновская, ул. Шевченко, 156

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновской МО Щербиновский район, Краснодарский край, Щербиновский район, ст-ца Старощербиновская, ул. Шевченко, 156, в/к пищеблока

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.08.2020 14:00

Ф.И.О., должность: Панина И. Н., пробоотборщик

Условия доставки: термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.08.2020 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.335

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ейский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: (8612) 267-34-02; 267-34-91

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.511456
от «06» августа 2015г.

Адрес места осуществления деятельности: 353684,
Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285
Телефон, факс: (86132) 2-78-96.
E-mail: fguz-eisk@mail.ru

Утверждаю:
Руководитель /зам. руководителя ИЛЦ
Л.Н. Заикина
МП

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ МИКРОКЛИМАТА

№ 3322 от 05.08.2020 г.

Наименование предприятия: МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновская
МО Щербиновский район

ИНН: 2358005441 **ОГРН:** 1022305030428

Фактический адрес проведения измерения: Краснодарский край, Щербиновский район,
ст. Старощербиновская, ул. Шевченко 156

Основание для проведения измерений: заявление от 30.07.2019

Дата и время проведения измерений: 04.08.2020

Цель проведения измерений: оценка соответствия СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения: МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»

Средства измерений

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер Свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства	Кем выдано свидетельство	Основная погрешность измерения
1	Метеомер со щупами Щ-1 и Щ-4 МЭС-200А,	№4537	№ 0065937	до 19.04.2021	г. С-Пб, ЗАО НПП «Электростандарт»	дав.±0,3кПа (0-60°C) вл. ±0,3% (25±5°C) t. ± 0,2 °C (от -10 до +50°C) скор. дв.± (0,05+0,05V) м/с в диапазоне от 0 до 0,1 м/с
2	Термометр лабораторный электронный Л-300	№898423	№06-04-440-19	04.12.2020	ФБУ «Краснодарский ЦСМ»	±0,05°C, ±0,2%
3	Рулетка металлическая Р 20УЗК	№39	СП ГМС №18003629813	17.09.2020	ФБУ «Краснодарский ЦСМ»	±0,3мм

Страница 1 из 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в формате полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Ейский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
 город Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
 Телефон, факс: (8612) 267-34-02; 267-34-91

Адрес места осуществления деятельности: 353684,
 Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285
 Телефон, факс: (86132) 2-78-96.

E-mail: fguz-eisk@mail.ru

Аттестат аккредитации ИЛЦ
 № RA.RU.511456

от «06» августа 2015г.

Утверждаю:

Руководитель /зам. руководителя ИЛЦ

Л.Н. Заикина

МП

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
№ 3323 от 05.08.2020

Наименование предприятия: МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновская
 МО Щербиновский район

ИНН: 2358005441 **ОГРН:** 1022305030428

Фактический адрес проведения измерения: Краснодарский край, Щербиновский район,
 ст. Старощербиновская, ул. Шевченко 156

Основание для проведения измерений: заявление от 30.07.2019

Наименование измеряемого фактора: освещенность искусственная

Дата и время проведения измерений: 04.08.2020

Цель проведения измерений: оценка соответствия СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер Свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства	Кем выдано свидетельство	Основная погрешность измерения
1	ТКА-ПКМ (43)	№ 431839	09-07-863-19	до 13.08. 2020	ФБУ «Краснодарский ЦСМ»	±8,0, ±10,0
2	Мультиметр цифровой типа M890G,	№14020088418	Сертификат о калибровке № 07-26-408-19	до 02.10.2020	ФБУ «Краснодарский ЦСМ»	0,5-3%
3	Рулетка металлическая Р 20УЗК	№39	СП ГМС №18003629813	до 17.09.2020	ФБУ «Краснодарский ЦСМ»	±0,3мм

Напряжение сети: $U_1 = 230 \text{ В}$
 (в начале измерений)

$U_2 = 226 \text{ В}$ (менее 5%)
 (в конце измерений)

Страница 1 из 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в формате полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Ейский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
город Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1//61/1
Телефон, факс: (8612) 267-34-02; 267-34-91
Адрес места осуществления деятельности: 353684,
Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285
Телефон, факс: (86132) 2-78-96
E-mail: fguz-eisk@mail.ru



Утверждаю:
Руководитель /зам. руководителя ИЛЦ
Л.Н. Заикина

МП

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
№ 241 от 05.08.2020 г.

Наименование предприятия: МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновская
МО Щербиновский район

ИНН: 2358005441 **ОГРН:** 1022305030428

Фактический адрес проведения измерения: Краснодарский край, Щербиновский район,
ст. Старощербиновская, ул. Шевченко 156

Основание для проведения измерений: заявление от 30.07.2019

Дата и время проведения измерений: 04.08.2020

Цель проведения измерений: оценка соответствия СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»

НД, в соответствии с которыми проводились измерения: СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» п 7.3.

Источники физических факторов и их характеристики: монитор компьютера

Средства измерений

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер Свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства	Кем выдано свидетельство	Основная погрешность измерения
1	ВЕ-МЕТР-АТ-004	51218	№ 6430/18	до 01.10.2020г	ФГУП «ВНИИОФИ»	± 15%
2	Рулетка измерительная металлическая Р 20УЗК	№39	СП ГМС № 18003473813	до 05.11.2019	ФБУ «Краснодарский ЦСМ»	-

Страница 1 из 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в формате полного фотографического факсимиле.