



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.32.000.М.002018.08.21 ОТ 17.08.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) (см. приложение)

общество с ограниченной ответственностью "МОРСЕль", 622911 Свердловская область, Пригородный район, с.Николо-Павловское, ул. Северная, 5А (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

общество с ограниченной ответственностью "МОРСЕль", 622911 Свердловская область, Пригородный район, с.Николо-Павловское, ул. Северная, 5А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №66-20-009/16-4981-2021 от 30.07.2020 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе".



Заключение действительно до 17.08.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3303894





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 66.01.32.000.М.002018.08.21 ОТ 17.08.2021 г.

условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение)

Общество с ограниченной ответственностью "МОРСЕль", 622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Северная, 5А.

Вид деятельности: эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) - аппаратов рентгенодиагностических, используемых в медицинских целях.

Характеристика источников ионизирующего излучения:

- кабинет рентгеностоматологии №11 с аппаратами:

-рентгеновский дентальный "Planmeca Promax 3D", заводской номер TPX358345, год выпуска 2014

-установка рентгеновская стоматологическая "X-MIND DC" заводской номер XD 56074C, год выпуска 2021

Размещается на 2-м этаже 2-х этажного здания по адресу: 622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Северная, 5А.

-установка рентгеновская стоматологическая "X-MIND DC" заводской номер 327738, год выпуска 2013

Хранение: помещение архива по адресу: 622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Северная, 5А.

Категория радиационной опасности объекта - IV.

Ограничительные условия:

1. при проведении рентгенодиагностических исследований пребывание в процедурном помещении более одного пациента и лиц, не участвующих в проведении исследований, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2. использование средств индивидуальной защиты всеми участниками рентгенодиагностических исследований ОБЯЗАТЕЛЬНО.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

